



徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

检定证书

Verification Certificate

证书编号:



Certificate No.

25YL818408694

送检单位 徐州市肿瘤医院
Applicant

计量器具名称 数字心电图机
Instrument

型号规格 ECG-1250P
Type

出厂编号 1002902-心电图室
Serial No.

制造单位 上海光电医用电子仪器有限公司
Manufacture

检定结论 合格
Conclusion

批准人

Approver

陈曦

(检定专用章)
(Verification Stamp)

核验员

Inspector

张峰硕

检定员

Operator

王程

检定日期

Issued date

2025

年

07

月

04

日

Day

有效期至

Valid date to

2026

年

07

月

03

日

Day

计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2024)10062号

地址(Addr): 江苏省徐州市云龙区商聚路12号

网址(Web Site): <http://www.xzzjs.com>

电话/传真(Tel/Fax): 0516-85601413

邮编(Post Code): 221018

Email: xuzhouzhijian@163.com



证书编号:

Certificate No. 25YL818408694

本中心是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏)法计(2024)10062号。

This laboratory is national legal metrological verification institute. Authorization certificate No. (2024) 10062.

本次校准所使用的计量标准器具的量值溯源至国家计量基准/测量标准。

The value of the standards measuring instruments used in the calibration is traceable to the national standards/measurement standard.

技术依据/参照的技术文件

Reference document for the Verification

JJG 1041-2008《数字心电图机检定规程》

本次检定使用的计量标准

Measurement Standards used in this Verification

名称	测量范围	准确度等级/最大允许误差/不确定度	标准证书编号	有效期至
心电图机检定装置	电压: 50 μ V~30V, 频率: (0.1~200)Hz	电压: $\pm 1.0\%$ 频率: $\pm 0.5\%$	[1994]省量标徐法 证字第002号	2027-04-19

主要计量仪器

Main Equipment of Measurement used in the Verification

仪器名称	型号规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度	溯源机构名称	证书编号/有效期
智能心脑电图机心电图监护仪检定仪	ECG-3	电压: $\pm 1\%$;频率: $\pm 0.5\%$	江苏省计量科学研究院	E2025-0068996 2026-07-13

检定地点和环境条件

Environmental Condition on the Verification

地点: 徐州市肿瘤医院

温度: 23.6 $^{\circ}$ C

湿度: 43.6 %RH

其它: /

说明: 本证书的结果仅对本次检定仪器有效;
Note: The results are only responsible for the items verified.

本证书未加盖本中心专用章无效;
This certificate will be invalid without official stamp.

未经本中心书面授权, 不得部分复制本证书。
This certificate shall not be copied partly without the written approval of the laboratory.

证书编号:

Certificate No. 25YL818408694

检定结果:

Verification Results

序号	检定项目	检定结果	
1	外观和工作正常性	合格	
2	内定标电压误差 (%)	1%	合格
3	输入电压范围	合格	
4	耐极化电压	合格	
5	加权系数误差 (%)	1%	合格
6	内部噪声电平	合格	
7	波形识别能力	合格	
8	幅度测量误差 (%)	7.3%	合格
9	时间间隔测量误差 (%)	-4.0%	合格
10	心率测量误差 (次/分)	0	合格

以下无数据内容